SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5310/TB-BVLBT

Bình Thới, ngày 05 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu/mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu/mua sắm hóa chất, vật tư xét nghiệm, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Thanh Hằng
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
- *Số điện thoại: 028.3965019*-119 (trong giờ hành chính)
- Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 06/11/2026 đến trước 16/11/2026 17:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 16/11/2026 17:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, VT-TBYT (Hang/01b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: ThS Lê Đức Nhã
Cơ quan: BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Lê Đức Nhã

Phụ lục
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 5310/TB-BVLBT ngày 05 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng)

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá

STT	Danh mục hàng hóa	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Khối lượng	Đơn vị tính
1	Lọ đựng nước tiểu vô trùng	Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng, nhựa PS trong suốt hoặc tương đương, có nhãn ghi thông tin, nắp vặn màu (đỏ, vàng…) kín, không rò rỉ. Dung tích ≥ 50 mL; chiều cao ≥ 65 mm, đường kính ≥ 34 mm. Nhựa y tế trung tính, không phản ứng với bệnh phẩm. Tiệt trùng (Gamma, EO hoặc phương pháp tương đương). Quy cách: 1 lọ/ gói Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	1.200	Lọ
2	Lam kính một đầu nhám	Lam kính 1 đầu nhám (để ghi nhãn), mép mài. Kích thước: khoảng 25 – 26 x 75 – 76,2 mm; độ dày: 1,0 – 1,2 mm. Quy cách: hộp 72 miếng hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	14	Hộp
3	Ống nghiệm nhựa có nắp 10 mL, không nhãn	Ống lấy mẫu có nắp, không tiệt trùng, không nhãn. Thân ống nhựa PP hoặc PS trong suốt (hoặc tương đương), không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm; kích thước 16 x 100 mm (± 1 mm); thể tích chứa 10 mL. Nắp nhựa đậy kín (nắp ấn hoặc nắp vặn), chống tràn đổ bệnh phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	42.000	Ống
4	Hóa chất xét nghiệm định lượng Procalcitonin (PCT)	Thuốc thử định lượng Procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và/hoặc huyết tương người, phương pháp miễn dịch hóa phát quang (CLIA/CMIA/ECLIA hoặc tương đương). Giới hạn định lượng ≤ 0,05 ng/mL; khoảng đo tới ≥ 50 ng/mL. Độ	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	600	Test

		chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Quy cách: hộp 100 test hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. nhà thầu bố trí máy phân tích tương thích đi kèm và chịu chi phí kết nối LIS 2 chiều. Nhà thầu thực hiện cài đặt và xác nhận phương pháp trước khi đưa vào sử dụng.			
5	Hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần (Total PSA)	Thuốc thử định lượng PSA toàn phần (PSA tự do và PSA phức hợp) trong huyết thanh và/hoặc huyết tương người, phương pháp miễn dịch hóa phát quang (CLIA/CMIA/ECLIA hoặc tương đương). Khoảng đo tối thiểu: 0,01 – 100 ng/mL. Độ chụm toàn phần: CV ≤ 10%. Quy cách: hộp 100 test hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. nhà thầu bố trí máy phân tích tương thích đi kèm và chịu chi phí kết nối LIS 2 chiều. Nhà thầu thực hiện cài đặt và xác nhận phương pháp trước khi đưa vào sử dụng.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	2.200	Test
6	Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa	Dung dịch rửa hệ thống dùng cho máy sinh hóa tự động; dạng dung dịch kiềm có chất hoạt động bề mặt, dùng rửa cuvette, kim hút và đường ống, không gây nhiễu kết quả xét nghiệm. Quy cách: can 5 lít hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được với máy sinh hóa tự động AU 680 hiện có của bệnh viện. Nhà thầu cung cấp thông số cài đặt (application) cho máy AU 680, thực hiện cài đặt và xác nhận phương pháp (verification) đạt yêu cầu trên máy của bệnh viện trước khi đưa vào sử dụng.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	14	Can
7	Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol	Thuốc thử định lượng HDL-Cholesterol trực tiếp (đồng thể, không cần bước kết tủa/ly tâm tách), phương pháp enzyme. Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	20.021	Test

		Dải tuyến tính bao phủ tối thiểu: 0,2 – 3,0 mmol/L. Độ lặp lại: CV ≤ 3%; độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%. Dạng dung dịch pha sẵn. Quy cách: hộp hoặc tương đương; nhà thầu kê khai số test/hộp trên máy AU 680 và quy đổi đủ tổng số test theo nhu cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được với máy sinh hóa tự động AU 680 hiện có của bệnh viện. Nhà thầu cung cấp thông số cài đặt (application) cho máy AU 680, thực hiện cài đặt và xác nhận phương pháp (verification) đạt yêu cầu trên máy của bệnh viện trước khi đưa vào sử dụng.			
8	Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinin	Thuốc thử định lượng Creatinine, phương pháp Jaffé động học (có hoặc không hiệu chỉnh). Loại mẫu: huyết thanh, huyết tương, nước tiểu. Dải tuyến tính huyết thanh/huyết tương bao phủ tối thiểu: 20 – 1.300 µmol/L; đo được mẫu nước tiểu (có pha loãng). Độ lặp lại: CV ≤ 3%; độ chụm toàn phần: CV ≤ 5%. Quy cách: hộp hoặc tương đương; nhà thầu kê khai số test/hộp trên máy AU 680 và quy đổi đủ tổng số test theo nhu cầu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được với máy sinh hóa tự động AU 680 hiện có của bệnh viện. Nhà thầu cung cấp thông số cài đặt (application) cho máy AU 680, thực hiện cài đặt và xác nhận phương pháp (verification) đạt yêu cầu trên máy của bệnh viện trước khi đưa vào sử dụng.	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	74.736	Test
9	Dung dịch rửa máy phân tích nước tiểu	Dung dịch rửa (dạng đậm đặc hoặc pha sẵn) dùng làm sạch hệ thống máy phân tích nước tiểu tự động; thành phần gồm chất hoạt động bề mặt và dung dịch đệm (hoặc tương đương), đảm bảo pH ổn định, tẩy rửa cặn sinh học, không gây nhiễu kết quả. Quy cách: 0,5 lít/hộp hoặc tương	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	87	Hộp

		đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được trên máy phân tích nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà thầu bố trí máy phân tích tương thích đi kèm và chịu chi phí kết nối LIS 2 chiều			
10	Que thử nước tiểu 12 thông số	Que thử nước tiểu dùng cho máy phân tích nước tiểu tự động, đo tối thiểu 12 thông số: Glucose, Bilirubin, Ketone, Tỷ trọng (SG), Blood, pH, Protein, Urobilinogen, Nitrite, Leukocytes, Microalbumin, Creatinine (tính được tỷ số Albumin/Creatinine). Kết quả đọc trên máy, có thể đối chiếu bằng mắt với bảng màu. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (2 – 30 °C) hoặc tương đương; lọ có nắp chống ẩm. Quy cách: hộp/lọ 100 que hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được trên máy phân tích nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà thầu bố trí máy phân tích tương thích đi kèm và chịu chi phí kết nối LIS 2 chiều	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	51.000	Test
11	Dung dịch vệ sinh bảo trì bảo dưỡng máy phân tích nước tiểu	Dung dịch tẩy rửa, làm sạch dùng bảo trì, bảo dưỡng máy phân tích nước tiểu tự động; thành phần gồm chất hoạt động bề mặt, chất oxy hóa, chất ổn định và dung dịch đệm (hoặc tương đương); loại bỏ cặn bám, không ăn mòn chi tiết máy, không gây nhiễu kết quả. Quy cách: chai/hộp hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Sử dụng được trên máy phân tích nước tiểu do nhà thầu bố trí; nhà thầu bố trí máy phân tích tương thích đi kèm và chịu chi phí kết nối LIS 2 chiều	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	9	Hộp

II. Nội dung yêu cầu khác

- Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.
- Nhà thầu liệt kê Thông số kỹ thuật, Ký mã hiệu, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất, Quy cách vào bảng báo giá.

- Liệt kê những nội dung yêu cầu khác mà nhà thầu cần phải thực hiện, ví dụ: giao hàng thành từng đợt trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của Chủ đầu tư,….