SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
LÃNH BINH THĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5393/TB-BVLBT

Bình Thới, ngày 09 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm dây nối tấm điện cực trung tính

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm dây nối tấm điện cực trung tính, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Lưu Đức Thiện
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02839650196
- Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 14/11/2026 đến trước 23/11/2026 17:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23/11/2026 17:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT (Thiện/02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: ThS Lê Đức Nhã
CN=331410

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Signature Valid

Lê Đức Nhã

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Phụ lục
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 5393/TB-BVLBT ngày 09 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng)

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả về dịch vụ, các yêu cầu về dịch vụ	Địa điểm thực hiện dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến	Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	Dây nối tấm điện cực trung tính chuẩn REM	– Dây nối sử dụng nhiều lần với kẹp gắn sẵn để sử dụng với tấm điện cực trung tính không dây. – Cáp sử dụng dây dẫn có lớp cách điện với phích cắm Valleylab REM cắm vào máy cắt đốt điện và kẹp kết nối chắc chắn với tấm điện cực trung tính – Chiều dài: 3m ± 10cm	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	50	Cái
2	Dây nối tấm điện cực trung tính chân cắm 6.3mm	– Cáp nối sử dụng nhiều lần với kẹp gắn sẵn để sử dụng với tấm điện cực trung tính không dây. – Cáp sử dụng dây dẫn có lớp cách điện với phích cắm Jack 6.3mm cắm vào máy cắt đốt điện và kẹp kết nối chắc chắn với tấm điện cực trung tính – Chiều dài: 3m ± 10cm	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	5	Cái

II. Nội dung yêu cầu khác

1. Cung cấp đầy đủ bản sao và bản dịch catalogue cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa báo giá. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại .... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.

6. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).