SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA
LÃNH BINH THĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5555/TB-BVLBT

Bình Thới, ngày 17 tháng 11 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện định kỳ hệ thống xử lý nước RO cấp cho máy chạy thận nhân tạo

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện định kỳ hệ thống xử lý nước RO cấp cho máy chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Hồ Đắc Bình
- Chức vụ: Nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02839650196
- Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 17/11/2026 đến trước 27/11/2026 17:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 27/11/2026 17:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT (Bình/02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Lê Đức Nhã
29331410

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÃNH BINH THĂNG

Signature Val

Lê Đức Nhã

Phụ lục

NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 5555/TB-BVLBT ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng)

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục dịch vụ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả về dịch vụ, các yêu cầu về dịch vụ	Địa điểm thực hiện dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến	Khối lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện hệ thống xử lý nước RO cấp cho máy chạy thận nhân tạo năm 2027-2028 + Số lượng: 02 hệ thống	Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện định kỳ hệ thống, như sau: 1.Định kỳ 1 tháng/1 lần trong 24 tháng, đảm bảo chất lượng nước RO thành phẩm đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm nước RO theo tiêu chuẩn ANSI/AAMI 13959:2014 sử dụng cấp cho lọc máu theo quy định hiện hành. 2.Công việc thực hiện bảo trì như sau: + Súc xả thiết bị làm mềm + Súc xả thiết bị lọc thô + Súc xả thiết bị khử mùi + Vệ sinh thiết bị + Kiểm tra hệ thống đường ống + Kiểm tra hệ thống điều khiển + Kiểm tra bơm RO + Kiểm tra bơm hoàn lưu + Kiểm tra nguồn + Tẩy trùng hệ thống đường ống Inox đi ra các vòi nước chạy thận từ sau đèn UV về đến bồn chứa hoàn lưu bằng bằng nhiệt độ cao khoảng 121^0C – 134^0C. + Không sử dụng hóa chất trong quá trình vệ sinh tẩy trùng hệ thống. 3. Cung cấp vật tư thay thế định kỳ, cụ thể như sau: - Đèn UV, tăng phô, ống thạch anh, ron làm kín, chiều dài khoảng 900mm: ≥ 16 cái. - Lọc tinh ≤ 5 µm - khoảng 20 inch (01 bộ gồm 03 lõi): ≥ 04 bộ. - Lọc vi sinh ≤ 0.2 µm - khoảng 20 inch (01 bộ gồm 03 lõi): ≥ 04 bộ. - Ruột lọc thô: công suất lọc ≥ 3.000L/H, kích thước các tầng lọc:	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng	24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	1	Gói

		khoảng 0.4-0.8mm; khoảng 0.7-0.12mm; khoảng 1- 2mm; khoảng 1.5-2.5mm: ≥ 04 cái. - Ruột lọc than hoạt tính: kích thước hạt than khoảng 0.8-20mesh, công suất lọc ≥ 3.000L/H, nồng độ iodine ≤ 900-1000mg/g, lưới lọc bằng inox hoặc tương đương: ≥ 08 cái. - Ruột lọc làm mềm: vật liệu bằng nhựa trao đổi hoặc tương đương, công suất lọc ≥ 3.000L/H, kích thước khoảng 0.03-1.2mm, tỷ trọng ≤ 780g/l, tổng dung lượng trao đổi (eq/l) khoảng 1.8-2.0, mật độ hạt khoảng 1.22-1.28g/ml, lưới lọc bằng inox hoặc tương đương: ≥ 04 cái. - Ruột lọc vỏ màng RO và Ron làm kín: đường kính khoảng 200 mm, dài khoảng 1.000mm, Công suất lọc ≥ 1.000-1.500L/H Áp lực màng ≤ 15psi – Minium salt rejection 99% , vật liệu Poyamid hoặc tương đương: ≥ 08 cái. 4. Yêu cầu về thiết bị trong quá trình tẩy trùng, vệ sinh hệ thống: - Sử dụng thiết bị tạo nhiệt. - Đáp ứng nhiệt độ khoảng 121^0C – 134^0C. - Chuẩn đầu nối với hệ thống tương thích với hệ thống RO đang sử dụng tại Bệnh viện. ***(Nhà thầu vui lòng khảo sát và báo giá)***				

II. Nội dung yêu cầu khác

1. Thời gian thực hiện dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến thực hiện. Thời gian bảo hành kể từ ngày cung cấp, lắp đặt, nghiệm thu.

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

3. Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.

4. Đơn vị cung cấp dịch vụ cung cấp báo giá từng danh mục dịch vụ với đầy đủ thông tin như sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	**"Tên Danh mục dịch vụ" bao gồm:**	**……..**	**……..**	**……..**	**……..**
1.1	Chi phí vật tư linh kiện (nếu có)	……..	……..	……..	……..
1.2	Chi phí nhân công (nếu có)	……..	……..	……..	……..

1.3	Chi phí khác (vận chuyển, bảo hành…) (nếu có)	……..	……..	……..	……..
	Tổng cộng				**……..**