

Số: 3371/BVLBT-VTTBYT
Về việc yêu cầu báo giá vật tư Bộ sợi laser điều trị
trĩ và Bộ sợi laser điều trị rò hậu môn.

Bình Thới, ngày 23 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa Khoa Lãnh Binh Thắng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp vật tư Bộ sợi laser điều trị trĩ và Bộ sợi laser điều trị rò hậu môn với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thắng** – 72 đường số 5, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ông Nguyễn Văn Nam – Nhân viên Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)
Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
☒ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.10) Phòng Vật tư – TBYT
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026 đến trước 16h30 ngày 03 tháng 08 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng dự trù	Số lượng yêu cầu báo giá	Đơn vị tính
1	Bộ sợi laser điều trị trĩ	- Cấu hình 01 bộ gồm có: + Sợi quang (01 sợi) + Tay cầm sợi quang (01 cái) + Van mở hậu môn (01 cái) - Kích thước: + Đường kính sợi quang: 1,85mm + Đường kính lõi: <= 500µm + Khẩu độ số: >= 0.22 + Chiều dài: >=2,6m - Đặc tính: + Sợi quang bước sóng 980nm hoặc 1470nm dùng để điều trị trĩ. + Sử dụng 1 lần. Được đóng gói trong túi vô	50	1	Bộ

		trùng. + Có cổng kết nối phù hợp - Tiêu chuẩn theo nhóm G7, ISO/CE/CFS Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT			
2	Bộ sợi laser điều trị rò hậu môn	- Cấu hình 01 bộ gồm có: + Sợi quang (01 sợi) + Sợi silicon (01 sợi) + Van mở hậu môn (01 cái) - Kích thước: + Đường kính lõi: $\leq 600\mu\text{m}$ + Khẩu độ số: 0.22 ± 0.02 + Chiều dài: $\geq 2,5\text{m}$ - Đặc tính: + Sợi quang có bước sóng 1470nm dùng để điều trị rò hậu môn + Phần đầu của sợi quang có chiều dài $\geq 15\text{mm}$, đường kính ngoài 1,8mm. Đánh dấu bằng các vạch chia. + Sử dụng 1 lần. Được đóng gói trong túi vô trùng + Có cổng kết nối phù hợp - Tiêu chuẩn theo nhóm G7, ISO/CE/CFS Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT	10	1	Bộ

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTTBYT (Nam-04b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhã