

Bình Thới, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Về việc yêu cầu báo giá Mua sắm vật tư cho khoa Tai Mũi Họng

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lành Bình Thăng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm vật tư cho khoa Tai Mũi Họng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãn Bình Thăng
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Trần Thụy Linh Hà
 - Chức vụ: Nhân viên phòng Vật Tư TBYT
 - Số điện thoại: 028 39 623 376
 - Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website amcong.mpi.gov.vn)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
Từ ngày 23/09/2026 đến trước 02/10/2026 17:00
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 23/09/2026 17:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hệ thống mạng đầu thâu quốc gia;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, VTTBYT (Ha/02b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đức Nhã

Phụ lục
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo số 4360/TB-BVLBT ngày 22 tháng 9 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thăng)

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá

ST T	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng
1	TMH-Lưới cắt xoang mũi thẳng 4mm, dài 11cm						Đầu lưới cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 10 - 12 cm - Đầu tù , Thân thẳng - Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Có cổng gắn với dây nước, Kèm 01 dây nước - Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 20 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lãnh Bình Thăng	Cái	1

2	Lưỡi cắt xoang cong 40 độ, 4mm, dài 11cm					Đầu lưỡi cắt nạo dùng trong phẫu thuật xoang - Chất liệu bằng thép không gỉ - Đường kính khoảng 4 - 5 mm - Chiều dài khoảng 10 - 12 cm - Đầu tù, thân cong 40 độ - Mặt cắt hình răng cưa 2 bên, cắt mặt bụng, diện cắt 3 mặt - Tốc độ hoạt động tối thiểu 3500 vòng/phút - Có công gắn với dây nước - Tiệt khuẩn - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 10 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lãnh Bình Thăng	Cái	1
3	Lưỡi cắt Amidan và nạo VA, cong 40 độ, dài 11cm					Lưỡi cắt Amidan và nạo VA, cong 40 độ, dài 11cm, có răng cưa - Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa hoặc tương đương - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 3 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lãnh Bình Thăng	Cái	1

4	Lưỡi cắt xoang mũi thẳng 2.9mm, dài 11cm						Lưỡi cắt xoang mũi thẳng 2,9mm, dài 11cm, có răng cưa ở 2 mặt - Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa hoặc tương đương - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 10 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lân Bình Thăng	Cái	1
5	Mũi khoan tai các cỡ hình tròn, loại phá, dài 7 cm						Mũi khoan phá dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thép không gỉ - Đầu mũi khoan hình tròn có rãnh - Đường kính tối thiểu phải có 1, 2, 3, 4,5 mm - Mũi khoan có chiều dài khoảng 50 - 80 mm - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc	Bệnh Viện Đa Khoa Lân Bình Thăng	Cái	1

6	Mũi khoan tai mài kim cương các cỡ hình tròn, loại phá, dài 7 cm						Mũi khoan dùng trong phẫu thuật tai - Chất liệu thân bằng thép không gỉ - Đường kính tối thiểu phải có 1, 2, 3, 4,mm - Chiều dài khoảng 50 - 80 mm - Đầu mũi khoan hình tròn - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 8 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lân Bình Thăng	Cái	1
7	Lưỡi cắt thanh quản 3.5mm						Lưỡi cắt thanh quản 3.5mm, dài 22.5cm, không có răng cưa - Thành phần cấu tạo thép không gỉ và nhựa hoặc tương đương - Sử dụng tương thích với máy bào mô tai mũi họng, ký hiệu máy chính: EC300, nhãn hiệu máy chính: IPC xuất xứ máy chính: Medtronic Xomed, Inc - Số lượng dự kiến: 3 cái	Bệnh Viện Đa Khoa Lân Bình Thăng	Cái	1

II. Nội dung yêu cầu khác

(Liệt kê những nội dung yêu cầu khác mà nhà thầu cần phải thực hiện, ví dụ: giao hàng thành từng đợt trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của Chủ đầu tư,...)