

Số: 4364 /TB-BVLBT

Bình Thới, ngày 22 tháng 9 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá mua sắm Bộ sợi laser điều trị trĩ, Bộ sợi laser điều trị rò hậu mô, Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng vòng) và Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng hình nấm)

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thắng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho mua sắm Bộ sợi laser điều trị trĩ, Bộ sợi laser điều trị rò hậu mô, Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng vòng) và Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng hình nấm), với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thắng
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Văn Nam
- Chức vụ: Nhân viên phòng Vật tư thiết bị y tế
- Số điện thoại: 028 39 623 376
- Địa chỉ: 72 đường số 5, phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh
- Email: hcqt@benhviendakhoalanhbinhthang.vn

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Online (qua website muasamcong.mpi.gov.vn)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 23/9/2026 đến trước 02/10/2026 17:00

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 02/10/2026 17:00

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Trang thông tin điện tử bệnh viện;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (Nam/02b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhã

Phụ lục
NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

*(Kèm theo Thông báo số 4364/TB-BVLBT ngày 22 tháng 9 năm 2026
của Bệnh viện Đa khoa Lãn Bình Thăng)*

I. Nội dung yêu cầu báo giá hạng mục hàng hoá

STT	Danh mục hàng hóa	Ký mã hiệu	Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ)	Hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yêu cầu khác của hàng hóa	Địa điểm giao hàng	Đơn vị tính	Khối lượng yêu cầu báo giá
1	Bộ sợi laser điều trị trĩ						"- Cấu hình 01 bộ gồm có: + Sợi quang (01 sợi) + Tay cầm sợi quang (01 cái) + Van mở hậu môn (01 cái) - Kích thước: + Đường kính sợi quang: $\geq 1,85\text{mm}$ + Đường kính lõi: $\leq 500\mu\text{m}$ + Khẩu độ số: ≥ 0.22 + Chiều dài: $\geq 2,6\text{m}$ - Đặc tính:	Bệnh viện Đa khoa Lãn Bình Thăng	Bộ	1

							+ Sợi quang bước sóng 980nm hoặc 1470nm dùng để điều trị trĩ. + Sử dụng 1 lần. Được đóng gói trong túi vô trùng. + Cổng kết nối tiêu chuẩn IC hoặc tương đương - Tiêu chuẩn theo nhóm G7, ISO/CE/CFS Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT Số lượng dự kiến: 50			
2	Bộ sợi laser điều trị rò hậu môn						"- Cấu hình 01 bộ gồm có: + Sợi quang (01 sợi) + Sợi silicon (01 sợi) + Van mở hậu môn (01 cái) - Kích thước: + Đường kính lõi: $\leq 600\mu\text{m}$ + Khẩu độ số: 0.22 ± 0.02 + Chiều dài: $\geq 2,5\text{m}$ - Đặc tính: + Sợi quang có bước sóng 1470nm dùng để điều trị rò hậu môn	Bệnh viện Đa khoa Lành Bình Thăng	Bộ	1

							+ Phần đầu của sợi quang có chiều dài $\geq 15\text{mm}$, đường kính ngoài $\geq 1,8\text{mm}$. Đánh dấu bằng các vạch chia. + Sử dụng 1 lần. Được đóng gói trong túi vô trùng + Cổng kết nối tiêu chuẩn IC hoặc tương đương - Tiêu chuẩn theo nhóm G7, ISO/CE/CFS Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT" Số lượng dự kiến: 10			
3	Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng vòng)						- Chức năng: cắt/ cầm máu - Độ rộng: $\phi 8 \pm 1$ - Đường kính cuối: $\phi 1$; $\phi 0,4$ - Chiều dài sử dụng $289\text{mm} (\pm 2\text{mm})$ Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT Số lượng dự kiến: 20	Bệnh viện Đa khoa Lãn Bình Thăng	Cái	1
4	Điện cực cắt tiền liệt tuyến (dạng hình nấm)						- Chức năng: cắt/ cầm máu	Bệnh viện Đa	Cái	1

							- Đường kính của đầu nắm: $\phi 8 \pm 1$ - Đường kính ống thép nối: $\phi 1.3 \pm 0.2$ - Tổng chiều dài 293mm (± 2 mm) Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT Số lượng dự kiến: 20	khoa Lãnh Bình Thăng		
--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	--

II. Nội dung yêu cầu khác

- Báo giá cung cấp đã bao gồm VAT.
- Danh mục hàng hóa, khi Nhà thầu trúng thầu phải cung cấp trang thiết bị đi kèm để sử dụng được các hàng hóa trúng thầu đó khi có yêu cầu của CĐT