

Số: 3869/BVLBT-VTTBYT

Bình Thới, ngày 19 tháng 8 năm 2026

Về việc yêu cầu báo giá phi tư vấn – Bảo trì bảo
dưỡng Ghế máy nha khoa

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thắng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung
cấp dịch vụ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thắng – 72**
đường số 5, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Lưu Đức Thiện – Nhân viên Phòng Vật tư - Thiết bị y tế.

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

☒ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khu A – Lầu 3 (A3.11) Phòng Vật tư – TTBYT.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 8 năm 2025 đến trước
16h30 ngày 29 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thắng liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ
yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bảo trì bảo dưỡng ghế nha khoa	Bảo trì toàn bộ hệ thống ghế nha khoa theo hình thức trọn gói/năm. 1. Tần suất bảo trì - 1 tháng/1 lần, 12 lần/1 năm 2. Nội dung bảo trì - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống dây hơi, dây nước, nguồn điện đèn	05	Bộ	Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thắng	12 tháng sau ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ(*)	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
		- Kiểm tra, vệ sinh hệ thống hút hơi, hút nước, hệ thống thoát nước. - Kiểm tra bộ phận mở ly nước, bồn nhỏ - Kiểm tra hệ thống nâng, hạ ghế - Cân chỉnh hơi, nước tay khoan - Cân chỉnh nguồn điện đèn - Vệ sinh bộ ghế nha khoa - Điều chỉnh thông số và khuyến cáo sử dụng khi phát hiện có sự cố. 3. Khi xảy ra sự cố đột xuất: - Không giới hạn số lần kiểm tra sửa chữa đột xuất. - Khi thiết bị hư hỏng đột xuất có mặt trong vòng 24h, kiểm tra thiết bị - Trong thời gian bảo trì, nếu phát hiện máy móc hư hỏng cần sửa chữa, phải có biện pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo hoạt động của bệnh viện trong thời gian chờ sửa chữa hoặc thay mới phụ tùng.				

1. Báo giá đã bao gồm VAT, phí dịch vụ, phí thực hiện tại hiện trường (nếu có).....

2. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực, hồ sơ ủy quyền, hồ sơ phân phối (nếu có)

3. Nêu rõ thông tin thời gian, kế hoạch thực hiện dịch vụ; thời gian bảo hành sau khi thực hiện dịch vụ (nếu có)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, VTTTBYT (Thiện-03b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhã