

Số: 4062 /BVLBT-VTTBYT

Bình Thới, ngày 28 tháng 8 năm 2026

V/v yêu cầu báo giá khí sử dụng cho máy
phát tia Plasma lạnh

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thắng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp gói thầu mua sắm khí sử dụng cho máy phát tia Plasma lạnh với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Bệnh viện Đa khoa Lãnh Bình Thắng** – 72 đường số 5, Phường Bình Thới, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thanh Hằng – Nhân viên Phòng Vật tư, thiết bị y tế

Điện thoại liên hệ: 028.38586257-119 (trong giờ hành chính)

Email liên hệ: vtttbyt.bvq11@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

☒ Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế - Bệnh viện đa khoa Lãnh Bình Thắng

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 8 năm 2026 đến trước 16h00 ngày 14 tháng 9 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): *(theo danh mục phụ lục đính kèm)*

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT (Hang-01b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Nhã

DANH MỤC MUA SẮM KHÍ SỬ DỤNG CHO MÁY PHÁT TIA PLASMA LẠNH BỔ SUNG NĂM 2026

(Kèm theo yêu cầu báo giá số 4062 /BVLBT-VTTTBYT ngày 28 tháng 8 năm 2026)

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Quy cách	Tính năng kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng dự kiến	Số lượng/ khối lượng báo giá
1	Khí sử dụng cho máy phát tia plasma lạnh	Bình	Khí nén trong bình hợp kim nhôm dung tích 8 lít	- Năm sản xuất: Năm 2026 trở đi - Chất lượng: Mới 100% - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương Khí được sản xuất từ thành phần chính là khí Argon độ tinh khiết $\geq 99,999\%$ - Thành phần vết các hợp chất được kiểm soát là: $H_2O \leq 0.2ppm$; $O_2 \leq 0.2 ppm$; $N_2 \leq 0.5 ppm$; CO_2 và $CO \leq 0.1 ppm$ Dùng cho Máy Plasma lạnh hỗ trợ điều trị vết thương * Bình chứa: - Bình hợp kim nhôm dung tích ≥ 8 lít - Kích thước bao gồm quai xách: 160 x 700 (mm) ($\pm 5\%$) - Áp suất an toàn của bình chứa: ≥ 225 Bar - Áp suất khí nén khi đầy: 130Bar ($\pm 5\%$) * Kết nối: - Chuẩn kết nối CGA 870 hoặc tương đương - Giao diện nối điện từ: HDMI (Để truy xuất nguồn gốc nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm) * Lưu ý: Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm. -Yêu cầu khác: Nhà thầu cho mượn vỏ bình và thiết bị y tế để sử dụng hàng hóa trúng thầu. Thiết bị y tế cho mượn phải có chứng nhận lưu hành của Bộ y tế phân loại C,D và phù hợp với các chỉ định được bộ y tế ban hành cho kỹ thuật chiếu tia Plasma lạnh.	70	1

Ghi chú:

- Đơn giá bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) và chi phí vận chuyển giao hàng tới Bệnh viện (khi trúng thầu)
- Quy cách có thể giống hoặc tương đương